



Serul fiziologic Alvita este o soluție izotonică sterilă pe bază de clorură de sodiu 0,9% în flacoane unidoză, pentru curățarea nasului, ochilor și urechilor, pentru curățarea rănilor și pentru inhalații.

#### **A NU SE UTILIZA INJECTABIL.**

#### **Indicații:**

**Serul fiziologic Alvita** este recomandat pentru bebeluși, copii și adulți:

- **Pentru igiena nazală:** prin instilarea sau curățarea nasului uscat sau înfundat
- **Pentru igiena oculară:** prin instilare, curățare sau spălături oculare
- **Pentru igiena auriculară**
- **Pentru curățarea rănilor**
- **Pentru inhalații în terapia cu aerosoli**

#### **Instrucțiuni de utilizare:**

Spălați-vă bine pe mâini înainte de utilizare.

- Desprindeți un flacon unidoză și deschideți-l prin rotirea părții superioare.
- **Pentru igiena nazală și oculară:** produsul poate fi folosit zilnic pentru igiena nazală și oculară: între 1 și 6 ori pe zi în funcție de necesitate.
- **Pentru igiena nazală:** pentru instilații sau curățarea nasului uscat sau înfundat. Înclinați capul într-o parte. Introduceți ușor vârful flaconului în orificiul nazal deschis anterior și strângeți ușor unidoza. Repetați operațiunea și în celălalt orificiu nazal. Ridicați capul pentru a lăsa mucusul să se scurgă și pentru a usca excesul care se elimină din nas. Nu vă suflați nasul cu putere timp de 10 minute după administrare. La sugari, instilați produsul cu presiune minimă pentru a evita orice risc de contaminare a urechii medii.
- **Pentru igiena oculară:** pentru instilații, spălături sau băi oculare. Puneți câteva picături de soluție în fiecare ochi. Uscați excesul de lichid folosind o compresă sterilă. Flaconul unidoză nu trebuie să vină în contact cu suprafața ochiului. În cazul în care se utilizează concomitent un alt produs de uz ocular, se va folosi prima dată Serul fiziologic Alvita și se va aștepta o perioadă de 15 minute înainte de instilarea celui alt produs. Soluția este compatibilă cu utilizarea lentilelor de contact.
- **Pentru igienă auriculară:** prin spălături auriculare. După aplicarea unei soluții de îndepărtare a cerumenului, utilizați produsul pentru eliminarea depozitelor de ceară solubilizate și clătirea canalului auditiv extern. Același flacon unidoză se poate utiliza pentru ambele urechi. Uscați excesul de lichid cu o compresă.
- **Pentru curățarea rănilor:** Curățați rana folosind toată soluția din flaconul unidoză. Uscați excesul de lichid doar de pe pielea sănătoasă. Flaconul unidoză nu trebuie să vină în contact cu suprafața rănilor.
- **Pentru inhalații în terapia cu aerosoli:** Dacă soluția se utilizează ca

solvent pentru inhalații în terapia cu aerosoli, consultați instrucțiunile de utilizare ale produsului de inhalat. Dacă soluția în sine se utilizează pentru aerosoli, consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului pentru terapia cu aerosoli. Consultați medicul dacă utilizați produsul pentru prima oară sau în caz de hipersensibilitate respiratorie.

**Precauții:**

- A nu se utiliza injectabil
- Pentru o singură utilizare și doar pentru uz personal
- După deschidere: utilizați imediat și aruncați flaconul unidoză după utilizare
- Nu folosiți același flacon unidoză pentru utilizări diferite
- A nu se utiliza după data de expirare
- Nu utilizați un flacon deschis sau deteriorat
- Nu puneți flaconul cu doza unica în contact cu ochiul sau suprafața plăgii
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- Flacon monodoză, după deschidere nu se va reutiliza. Deoarece produsul nu conține conservanți, la reutilizarea acestuia există riscul de administrare a unei soluții contaminate.

**Compoziție:** Clorură de sodiu 0,9 g, Apă purificată q.s. 100 ml. Fără conservanți.

**Prezentare:** Cutie cu 30 de flacoane unidoză a câte 5 ml.

Serul fiziologic Alvita este un dispozitiv medical de clasa IIa – steril.

Data obținerii marcajului CE: 16/09/2016.

Data revizuirii instrucțiunilor de utilizare: 09/2017.


Produs în Franța.

 Laboratoire UNITHER  
151 rue André Durouchez  
Espace Industriel Nord  
Cs 28028  
80084 AMIENS Cedex 2  
Franța



0459



  
PAP 21 (Cutie)  
LDPE 4 (Flacon)  
PAP 22 (Instrucțiuni  
de utilizare)

 Alliance Healthcare România SRL  
telefon (+4) 021-4077711

ALV5676PL/01